

磁共振检查注意事项

绝对禁忌症：

【1】带有心脏起搏器和其他植入电气活化装置或其他铁磁植入物的客户。

【2】带有不能确知是否为磁性的动脉瘤夹等的客户。

【3】刚做完胶囊胃镜者，待排出后再给予检查。

相对禁忌症：

1. 体内有金属异物（金属植入物，假牙，避孕环），胰岛素泵等客户如必须进行 MR 检查，应慎重或取出后行检查。带有眼球内金属异物的客户进入磁场后，会有异物被吸附，扭转，移位的危险！

（注：如金属材质是钛合金材质可以做）

2. 幽闭恐惧症客户，无法合作的客户。

体内金属植入物包括但不限于

心脏起搏器.埋藏式除颤器

宫内节育器.阴道隔膜装置

外伤后异物（眼球.脊髓）

动脉瘤夹

体内置入式功能性神经刺激器.

神经肌肉刺激器

电子耳蜗

心脏瓣膜修补术.瓣环成形术

血管内支架.过滤器

骨科植入物.外科金属缝线

瑞慈体检